

H.2. Performans Testi Sonuçları

H.2.1. Performans Testi Ölçüm Cihazı Bilgileri

H.2.1 Measurement Device Information

No	Cihaz Tipi Device Type	Marka Brand	Model Model	Seri No Serial No	Kalibrasyon Tarihi Calibration Date
1	Partikül Ölç.Cihazı	Lasair	III 5100	104197	06.01.2020

H.2.2. Ölçüm Şartları

H.2.2. Measurement Conditions

Partikül Boyutu (μm) Particle Size (μm)	0,5	5,0	Numune Yeri Sayısı Sampling Location Number	1
--	-----	-----	--	---

Ö.Noktası T.Point	Partikül Boyutu Particle Size	İlk Konsantrasyon (m^3) Initial Concentration (m^3)	Düşük Konsantrasyon (m^3) Decayed Concentration (m^3)	Süre (dak) Time (min)	Kbl.Kriteri Acc.Criteria
HV (16,2 m ²)	0,5	18146432	403972	28	N/A
	5,0	27068	1450		N/A

Açıklamalar: HV cihazı çalıştırılıp oda içerisinde yapılan partikül ölçüm sonuçları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Cihaz 28 dk da oda içerisindeki partikülleri yukarıdaki tabloda bulunan İlk konsantrasyon değerlerinden Düşük konsantrasyon değerlerine kadar temizlediği görülmüştür.

Bu raporda bulunan partikül ölçüm testleri hava temizleme cihazı için herhangi bir uygunluk vermek için değil, bilgi amaçlı olarak cihazın oda içerisinde bulunan partikülleri ne kadar sürede temizlediğini belirlemek için yapılmıştır.

Testi Yapan

Test Conducted By

MÜMİN KAYIŞ
VALIDASYON SORUMLUSU

05.11.2020

Kontrol Eden:

QC:

KARAL SELÇUK ATAN
GENEL MÜDÜR YARINACISI

05.11.2020

Onaylayan:

Approved By: